

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

- 1. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足**按响应文件按无效处理的条款**。
- 2. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
- 3. 供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
- 4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
- 5. 采购需求中标注“※”项的技术要求为重要技术参数。
- 6. **采购预算（元）：30000.00。**

项目名称	项参数说明
申购设备名称	内窥镜送水泵
用途及适用人群	消化道内镜检查和治疗的病人，包括但不限于息肉切除，胃炎，消化道肿瘤等病人
设备的功能要求	为消化道检查和治疗提供冲洗粘液，保持视野清晰。
功能的技术指标及其他技术参数	1. 设备名称：内窥镜送水泵 2. 灌流管内径:3.00mm， 3. 脚踏开关的连接线长度:3m 4. 输入功率：50VA 5. 电压：220V AC 6. 频率:50Hz 7. 供水操作：20 秒 8. 脚踏开关启动力：应不小于 10N，且不大于 50N 9. 脚踏开关进液：浸水深度 1200mm，试验持续时间 120min 10. 流量调节范围:0~450ml/min 11. 内镜送水泵是用于消化内镜治疗中冲洗的重要装置，快速冲洗

	黏膜，保障内窥镜视野。 12. 重量轻，体积小，可直接放置于台车上。 13. 直接踩下脚踏开关或操作镜身上的遥控按钮，即可经专用的附送水管道进行强力冲水，管件支持高温高压灭菌，持续送水 20 秒后，将自动停止工作，保障使用安全
软、硬件的配置要求	高配版送水泵主机 1 台 送水泵管道组件 1 套 保险丝 1 根 电源线(国标) 1 根 包装上衬芯 1 个 包装下衬芯 1 个 包装衬垫 1 个 水泵气囊 1 个 高配版送水泵说明书 1 本 包装箱 1 个 高配水泵外包装标签 1 个
其它要求	维保年限 3 年。

▲二、商务要求	
合同签订时间	
付款条件（进度和方式）	（1）第一期：甲方与乙方签订采购合同后，乙方交货运抵甲方指定地点，安装完毕验收合格，乙方出具相关证件及发票后 30 个工作日内，甲方一次性支付合同价款的 95%；（2）第二期：验收合格正常使用期满一年，乙方提出申请后甲方 30 个工作日内支付剩余合同价款的 5%。
验收标准	参照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22 号）及现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 1、交货时间：<u>自签订合同之日起 30 天（日历天）内供应完毕并交付使用。</u> 地点：<u>北流市人民医院指定地点。</u>

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）