

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

- 1. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足**按响应文件按无效处理的条款**。
- 2. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
- 3. 供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
- 4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
- 5. 采购需求中标注“※”项的技术要求为重要技术参数。
- 6. 采购预算（元）：40000.00。

项目名称	项参数说明
申购设备名称	内镜用二氧化碳送气装置
用途及适用人群	适用人群:消化道内镜检查 and 治疗的病人，包括但不限于息肉切除，胃炎，消化道肿瘤等病人
设备的功能要求	气泵的功能要求:为消化道检查 and 治疗提供二氧化碳气体，支撑腔体空间。
功能的技术指标及其他技术参数	按防电击类型分类:I 类 按运行模式分类:连续运行 设备的额定电压:220V 设备的额定频率:50Hz 输出 CO2 气体压强调节范围为 0~45kPa 输出 CO2 气体流量调节范围为 0L/min~9L/min 输入 CO2 气体额定压强范围 0.3MPa~6MPa 定时功能:定时分 5 档：15 min、30 min、45 min、60min、120min 输出 CO2 气体温度范围≤60℃ 输入压力提示: 设定气源类型为钢瓶时,输入压力低于 0.3MPa 或高于 6MPa 时提示;

	设定气源类型为集中供气时，输入压力低于 0.3MPa 或高于 1.5MPa 时提示。
软、硬件的配置要求	送气泵 1 台 保险丝 1 根 电源线 1 根 气囊 1 个 操作指导卡 1 个 墙气管路套件 1 个 气瓶减压系统 1 个 合格证 1 张 说明书 1 本
其它要求	保质 3 年。

▲二、商务要求	
合同签订时间	
付款条件（进度和方式）	（1）第一期：甲方与乙方签订采购合同后，乙方交货运抵甲方指定地点，安装完毕验收合格，乙方出具相关证件及发票后 30 个工作日内，甲方一次性支付合同价款的 95%；（2）第二期：验收合格正常使用期满一年，乙方提出申请后甲方 30 个工作日内支付剩余合同价款的 5%。
验收标准	参照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22 号）及现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 1、交货时间：<u>自签订合同之日起 30 天（日历天）内供应完毕并交付使用。</u> 地点：<u>北流市人民医院指定地点。</u> 2、乙方提供不符合本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。 3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交

	付给甲方，设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版），如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 4、甲方在收到货后5日内完成货物清点签收工作；设备安装调试完成，甲方科室投入正常使用后，厂家及乙方资质文件等齐全后30个工作日内完成设备的验收。 5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决。
--	---

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

序号	配件名称	更换频率（次/年）	配件价格（元）	年合计费用（元）
1				
2				
3				
4				
.....				
合计				

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

设备名称	设备单价（元）	国产/进口	是否专机专用耗材	耗材品牌	耗材名称	集采/阳光网	集采价格	阳光网价格	阳光网成交价格

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

